中 国 计 量 科 学 研 究 院

检　定　证　书

证书编号 LSvm2025-06770

送 检 单 位	宝鸡市质量技术检验检测中心
计量器具名称	转速测量仪
型 号 / 规 格	LR-01
出 厂 编 号	2025120901
制 造 单 位	上海擎科仪表电子有限公司
检 定 依 据	JJG 1134-2017 转速测量仪
检 定 结 论	0.005 级转速测量仪合格。

中国计量科学研究院 检定专用章

批准人 杜磊

核验员 杜磊

检定员 白杰

检 定 日 期　2025 年 12 月 12 日

有 效 期 至　2026 年 12 月 11 日

地址：北京北三环东路 18 号　　邮编：100029

电话：010-64525569/74　　传真：010-64271948

网址：http://www.nim.ac.cn　　电子邮箱：kehufuwu@nim.ac.cn

2019-jd-R0520

证书编号 LSvm2025-06770

中国计量科学研究院（NIM）是国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构。1999 年授权签署了国际计量委员会（CIPM）《国家计量基(标)准和国家计量院签发的校准与测量证书互认协议》（CIPM MRA）。

质量管理体系符合 ISO/IEC17025 标准，通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和亚太计量规划组织（APMP）联合评审的校准和测量能力（CMCs）在国际计量局（BIPM）关键比对数据库中公布。

2020 年，NIM 和 CNAS 就认可领域的技术评价活动签署了谅解备忘录，承认 NIM 的计量支撑作用和出具的校准/检测结果的溯源效力。

检定环境条件及地点：

温度：20 ℃ 地点： 和-14-213

湿度：20 % RH 其它： /

检定使用的计量基（标）准装置（含标准物质）

名称	测量范围	不确定度/ 准确度等级	证书编号	证书有效期至 (YYYY-MM-DD)
转速标准装置	(0.1～100000) r/min	≤40000 r/min， $U_{rel}=5\times10^{-6}$ (k=3)； >40000 r/min， $U_{rel}=1\times10^{-5}$ (k=3)	［2021］国量标计证字第 382 号	2026-03-11

证书编号 LSvm2025-06770

检 定 结 果

序号	检定项目	检定结果
1	通用技术要求	合格
2	测量范围	(10～60000)r/min
3	示值误差	±0.005%*n*
4	重复性	0.005%*n*
5	时基频率误差	1×10^{-5}
6	4h 时基频率稳定度	1×10^{-5}

注：“*n*”为转速测量仪示值。

----------以下空白----------

声明：

1. 我院仅对加盖“中国计量科学研究院检定专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。